

16PROC004987822 2016-08-25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς
Αριθμ. Α11/2016
(αριθμ. πρωτ. 36938/25-8-2016)

ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενες Εταιρείες

ΘΕΜΑ :« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Υ. – Κ.Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2^{ΗΣ} ΥΠΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.794,50€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν **γραπτή προσφορά, έως την ημέρα Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 11:00 π.μ.** για την προμήθεια καθετήρων για την κάλυψη των αναγκών των Μ.Υ. – Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, **σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές,(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)**

1. Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 46-48, 185-43 και θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (3^{ος} όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το προσφερόμενο είδος (προμήθεια καθετήρων) και να έχουν ισχύ εξήντα (60) ημερών από την ημέρα υποβολής τους.
2. Οι τιμές θα δοθούν σε ευρώ αναλυτικά, δηλ. τιμή μονάδας, Φ.Π.Α. και συνολική τιμή, με την αρίθμηση του συνημμένου πίνακα.
3. Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα
4. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι εταιρείες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να σημειώσουν στην προσφορά τους:
 - α) σελίδα παρατηρητηρίου και τιμή (εφόσον υπάρχει το είδος που προσφέρουν)
 - β) αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους στο παρατηρητήριο, θα το γράψουν οπωσδήποτε στην προσφορά τους (υπ' ευθύνη τους).**Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη.**
5. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά είδος του πίνακα.
6. **Η τιμή θα περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών στις ΜΥ – ΚΥ αρμοδιότητας της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, η οποία θα γίνει τμηματικά, σε τρεις (3) δόσεις και μέσα σε μία εβδομάδα μετά από την έγγραφη παραγγελία από την κάθε ΜΥ – ΚΥ του συνημμένου πίνακα.** Σε περίπτωση μη παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την επιτροπή παραλαβής, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τα αντικαταστήσουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ 118/2007 & λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Η πληρωμή θα γίνει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του τιμολογίου, με επιταγή Τραπεζικής και αφού έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις οι οποίες ενδεικτικά έχουν ως εξής :
 - α) 2% Ν.3580/2007 υπέρ Ψυχικής Υγείας
 - β) 0,10% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
 - γ) στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% σύμφωνα με τον 2198/94. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τη 2^η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.
8. Για την έκδοση του εντάλματος απαιτείται η υποβολή :

16PROC004987822 2016-08-25

- α) Τιμολογίου εις διπλούν
- β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
- γ) Πρωτόκολλο εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη υλικού της 2^{ης} Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της επιτροπής αγορών ή το τμήμα Προμηθειών στο τηλέφωνο 2132004277, Φαξ : 2132004292

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ α.α.

ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

16PROC004987822 2016-08-25

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ (& ΠΩΜΑΤΩΝ)**

Φλεβοκαθετήρας για χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και φαρμάκων με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Αποστειρωμένος, ελεύθερος πυρετογόνων, μιας χρήσης.
2. Απαλλαγμένος από ελαστικό κόμμι (latex-free).
3. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης τύπου luer-lock.
4. Να είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη (polyurethane) ή Teflon (PTFE).
5. Να είναι ακτινοσκοπικός
6. Να έχει πτερύγια στήριξης.
7. Να είναι ανθεκτικός στο τσάκισμα.
8. Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.
9. Με ατραυματική βελόνα, ικανοποιητικά αιχμηρή ώστε να πραγματοποιείται η φλεβοκέντηση με επιτυχία.
10. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία
11. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη με διάμετρος βελόνας (Gauge) :14 – 22G.
12. Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE)
13. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
14. Ο οδηγός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του.
15. Να προσφέρει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος κατά την επιτυχή φλεβοκέντηση
16. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
17. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
18. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

β. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ».

γ. Η μέθοδος αποστείρωσης.

δ. Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT).

ε. Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.

στ. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.

ζ. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. η. Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη.

θ. Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη διάμετρο εφόσον αφορά καθετήρες.

ι. Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και αποθήκευση και να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

16PROC004987822 2016-08-25

- ια. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
 ιβ. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην ελληνική γλώσσα.
 19. Οι συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 1135-4: 2004 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ	α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
30005300	1	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 18 Να φέρει βαλβίδα έγχυσης και πτερύγια στήριξης.	ΤΕΜ	3050
30005301	2	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 20 Να φέρει βαλβίδα έγχυσης και πτερύγια στήριξης .	ΤΕΜ	4650
30005302	3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 22 Να φέρει βαλβίδα έγχυσης και πτερύγια στήριξης .	ΤΕΜ	8800
		ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	ΤΕΜ	16500
30004530	4	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	5000

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 18 (ΠΡΑΣΙΝΟΙ)	ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ	ΤΕΜ.	200
	ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ		50
	ΚΥ ΠΑΡΟΥ		300
	ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ		100
	ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ		100
	ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ		100
	ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ		100
	ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ		100
	ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ		100
	ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ		300
	ΚΥ ΤΗΝΟΥ		100
	ΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ		100
	ΜΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ		50
	ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ		100
	ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ		100
	ΚΥ ΒΑΡΗΣ		100
	ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ		100

16PROC004987822 2016-08-25

	ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ		200
	ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ		100
	ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ		50
	ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ		100
	ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ		50
	ΚΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ		50
	ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		200
	ΜΥ ΣΥΡΟΥ		100
	ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ		100
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NO 20	ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ	ΤΕΜ.	200
	ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ		200
	ΚΥ ΠΑΡΟΥ		300
	ΜΥ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ		50
	ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ		100
	ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ		200
	ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ		100
	ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ		200
	ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ		200
	ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ		300
	ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ		200
	ΚΥ ΤΗΝΟΥ		200
	ΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ		100
	ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ		200
	ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ		100
	ΚΥ ΒΑΡΗΣ		100
	ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ		200
	ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ		300
	ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ		300
	ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ		100
	ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ		200
	ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ		50
	ΚΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ		50
	ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		300
	ΚΥΣΥΡΟΥ		300
	ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ		100
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NO 22 (ΜΠΛΕ)	ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ	ΤΕΜ	500
	ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ		200
	ΚΥ ΠΑΡΟΥ		500
	ΜΥ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ		50
	ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ		200
	ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ		500
	ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ		100
	ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ		100
	ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ		300

16PROC004987822 2016-08-25

	ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ		1000
	ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ		800
	ΚΥ ΤΗΝΟΥ		500
	ΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ		100
	ΜΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ		50
	ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ		300
	ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ		300
	ΚΥ ΒΑΡΗΣ		300
	ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ		300
	ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ		800
	ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ		500
	ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ		100
	ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ		300
	ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ		50
	ΚΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ		50
	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		500
	ΚΥ ΣΥΡΟΥ		400
ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ	ΤΕΜ.	500
	ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ		200
	ΚΥ ΠΑΡΟΥ		100
	ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ		100
	ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ		300
	ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ		100
	ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ		300
	ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ		500
	ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ		200
	ΚΥ ΤΗΝΟΥ		300
	ΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ		100
	ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ		100
	ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ		200
	ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ		100
	ΚΥ ΒΑΡΗΣ		200
	ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ		100
	ΚΥ ΘΗΡΑΣ		200
	ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ		200
	ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ		400
	ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ		100
	ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ		200
	ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		200
	ΚΥ ΣΥΡΟΥ		200

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ α.α.

ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ