



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Θηβών 196-198

Τ.Κ. : 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης

Κτίριο Κεράνη, 1^{ος} όροφος

Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Τέζα Βασιλική

Τηλέφωνο 213 2004 284

Fax : 213 2004 292

E-mail: teza@2dype.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερ. : 04/03/2020

Αρ. Πρωτ.:13907

Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, αναφορικά με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ροόμετρα) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.755,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η 2^η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.** Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- 3.** Τον Ν. 4472/2017, άρθρα 21 έως 35. (Φ.Ε.Κ. 74^{Α'})
- 4.** Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
- 5.** Το Π.Δ. 80/2016, άρθρο 9, παρ. 4
- 6.** Τις έκτακτες ανάγκες των Φορέων Υγείας αρμοδιότητας της 2^{ης} Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

7. Την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας , του δημόσιου συμφέροντος και της ανυπερβλήτης αναγκαιότητας για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν λόγω κορωνοϊού, COVID-19.
8. Την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού, COVID-19
9. Η με αρ. πρωτ.13865/04-03-2020 Απόφαση του Διοικητή της 2^{ης} Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου.
-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 18.755,00 € με Φ.Π.Α. (15.125,00€ χωρίς ΦΠΑ)

Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών

ΔΙΠΛΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ)	20	100,00	2.000,00	
ΔΙΠΛΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	10	245,00	2.450,00	
ΜΟΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	70	105,00	7.350,00	
ΜΟΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	35	95,00	3.325,00	
ΣΥΝΟΛΟ			15.125,00€	18.755,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΔΙΠΛΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

1. Ροόμετρο

Να διαθέτει κοχλιωτές εξόδους με σπείρωμα για την σύνδεση υγραντήρων.

Το σώμα του ρυθμιστή να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο για το σκοπό μεταλλικό υλικό με προστασία από την διάβρωση.

Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να συνδέεται με ειδικό ταχυσύνδεσμο Οξυγόνου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μονάδας).

Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 lt/min με περιστροφικό διακόπτη ON-OFF.

Να γίνεται η μέτρηση της ροής με στήλη – μπίλια με ευδιάκριτες ανεξίτηλες διαγραμμίσεις μέσα από το εσωτερικό της ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή ακρίβεια στην μέτρηση της ροής .

Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροομέτρου να είναι lt/min και να ξεκινάει από 1lt/min και συνεχίζει αυξανόμενη έως και 15 lt/min.

Η ακρίβεια για την ροή αερίου να είναι σύμφωνα με το ISO 15002 : 2008 και η απόκλιση ένδειξης στην στήλη ροής να είναι +/- 10% ή +/- 0,5 lt/min.

Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης να είναι 4 +/- 10%.

Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο κατά την είσοδο του αερίου Οξυγόνου.

Να διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του ροόμετρου για την βέλτιστη ιχνηλάτηση του.

Να διαθέτει και φέρει πιστοποίηση CE mark.

2. Υγραντήρας

Να είναι τύπου φουσαλίδων πολλαπλών χρήσεων.

Με δυνατότητα αποστείρωσης.

Να συνδέεται στο ροόμετρο μέσω μεταλλικού κοχλιωτού συνδέσμου με σπείρωμα εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά την σύσφιξη.

Να διαθέτει κωνική μεταλλική έξοδο.

Η χωρητικότητα του δοχείου σε νερό να είναι τουλάχιστον 250ml. Η μέγιστη ροή του αερίου να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 20 lt/min και η μέγιστη τιμή πίεσης να είναι 5 bar .

Το δοχείο να είναι από πολυαιθυλένιο διαφανές και έχει ενδείξεις μέγιστης και ελαχίστης στάθμης νερού .

Να Διαθέτει ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας .

Να Διαθέτει και φέρει πιστοποίηση CE mark

B. ΔΙΠΛΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1. Ροόμετρο

Να προσαρμόζεται σε φιάλες Οξυγόνου των οποίων το κλείστρο είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Να έχει συμπαγή κατασκευή μικρών διαστάσεων και όγκου το δε σώμα του ρυθμιστή είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο επιχρωμιωμένο υλικό και να διαθέτει κοχλιωτή έξοδο με σπείρωμα για την σύνδεση διαφόρων συσκευών.

Η διάταξη μέτρησης – ρύθμισης της ροής του ροόμετρου να είναι σε lt/min και ξεκινά από 0,5 lt/min και συνεχίζει αυξανόμενη έως και 15 lt/min, να διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ON/OFF .

Η μέτρηση της ροής να πραγματοποιείται μέσω ροομετρικής στήλης και μπίλιας , με τις ενδείξεις της ροής να βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά της στήλης του ροόμετρου ώστε να μην αλλοιώνονται από την χρήση και τους καθαρισμούς, να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης πληρότητας φιάλης κλίμακας 0-315 Bar .

Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου (έξοδος) καθώς και η πίεση βαθμονόμησης να είναι 4 bar.

Η ακρίβεια για την ροή αερίου να είναι σύμφωνα με το ISO 15 002: 2008 και η απόκλιση ένδειξης στην στήλη ροής να είναι + /- 10% ή +/ - 0,5 lt/min.

Να Διαθέτει ρυθμιστή πίεσης, μέγιστης πίεσης εισόδου 210 bar με ασφαλιστικό υπερπίεσης στην έξοδο του ρυθμιστή .

Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο κατά την είσοδο και ανακουφιστική βαλβίδα.

Να Διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark

2. Υγραντήρας

Να είναι τύπου φουσαλίδων.

Με δυνατότητα αποστείρωσης.

Να συνδέεται στο ροόμετρο μέσω κοχλιωτού συνδέσμου με σπείρωμα. εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά την σύσφιξη.

Να διαθέτει κωνική μεταλλική έξοδο.

Η χωρητικότητα του δοχείου σε νερό να είναι τουλάχιστον 250ml.

Το δοχείο να είναι από πολυαιθυλένιο διαφανές και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελαχίστης στάθμης νερού.

Να διαθέτει και φέρει πιστοποίηση CE mark.

Γ. ΜΟΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1. Ροόμετρο

Να προσαρμόζεται σε φιάλες Οξυγόνου των οποίων το κλείστρο είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Να έχει συμπαγή κατασκευή μικρών διαστάσεων και όγκου το δε σώμα του ρυθμιστή είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο επιχρωμιωμένο υλικό και να διαθέτει κοχλιωτή έξοδο με σπείρωμα για την σύνδεση διαφόρων συσκευών.

Η διάταξη μέτρησης – ρύθμισης της ροής του ροόμετρου να είναι σε lt/min και ξεκινά από 0,5 lt/min και συνεχίζει αυξανόμενη έως και 15 lt/min, να διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ON/OFF .

Η μέτρηση της ροής να πραγματοποιείται μέσω ροομετρικής στήλης και μπίλιας , με τις ενδείξεις της ροής να βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά της στήλης του ροόμετρου ώστε να μην αλλοιώνονται από την χρήση και τους καθαρισμούς, να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης πληρότητας φιάλης κλίμακας 0-315 Bar .

Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου (έξοδος) καθώς και η πίεση βαθμονόμησης να είναι 4 bar.

Η ακρίβεια για την ροή αερίου να είναι σύμφωνα με το ISO 15 002: 2008 και η απόκλιση ένδειξης στην στήλη ροής να είναι + /- 10% ή +/- 0,5 lt/min.

Να Διαθέτει ρυθμιστή πίεσης, μέγιστης πίεσης εισόδου 210 bar με ασφαλιστικό υπερπίεσης στην έξοδο του ρυθμιστή .

Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο κατά την είσοδο και ανακουφιστική βαλβίδα.

Να Διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark

2. Υγραντήρας

Να είναι τύπου φουσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και όχι μίας χρήσης.

Με δυνατότητα αποστείρωσης

Να συνδέεται στο ροόμετρο μέσω κοχλιωτού συνδέσμου με σπείρωμα εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά την σύσφιξη.

Να διαθέτει κωνική μεταλλική έξοδο.

Η χωρητικότητα του δοχείου σε νερό να είναι τουλάχιστον 250ml.

Το δοχείο να είναι από πολυαιθυλένιο διαφανές και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελαχίστης στάθμης νερού.

Να διαθέτει και φέρει πιστοποίηση CE mark.

Δ. ΜΟΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

1. Ροόμετρο

Να προσαρμόζεται σε φιάλες Οξυγόνου των οποίων το κλείστρο είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Να έχει συμπαγή κατασκευή μικρών διαστάσεων και όγκου το δε σώμα του ρυθμιστή είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο επιχρωμιωμένο υλικό και να διαθέτει κοχλιωτή έξοδο με σπείρωμα για την σύνδεση διαφόρων συσκευών.

Η διάταξη μέτρησης – ρύθμισης της ροής του ροόμετρου να είναι σε lt/min και ξεκινά από 0,5 lt/min και συνεχίζει αυξανόμενη έως και 15 lt/min, να διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ON/OFF.

Η μέτρηση της ροής να πραγματοποιείται μέσω ροομετρικής στήλης και μπίλιας, με τις ενδείξεις της ροής να βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά της στήλης του ροόμετρου ώστε να μην αλλοιώνονται από την χρήση και τους καθαρισμούς, να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης πληρότητας φιάλης κλίμακας 0-315 Bar.

Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου (έξοδος) καθώς και η πίεση βαθμονόμησης να είναι 4 bar.

Η ακρίβεια για την ροή αερίου να είναι σύμφωνα με το ISO 15 002: 2008 και η απόκλιση ένδειξης στην στήλη ροής να είναι $\pm 10\%$ ή $\pm 0,5$ lt/min.

Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης, μέγιστης πίεσης εισόδου 210 bar με ασφαλιστικό υπερπίεσης στην έξοδο του ρυθμιστή.

Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο κατά την είσοδο και ανακουφιστική βαλβίδα.

Να διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ζητούμενος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πλήρης, απολύτως καινούργιος (αμεταχείριστος), άριστης αντοχής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για χρήση σε κέντρο υγείας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του.
2. Να είναι εύχρηστος, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία ασθενούς, χρηστών και περιβάλλοντος.
3. Να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης σε ανταλλακτικά και SERVICE για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
4. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός 3 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τα είδη θα παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία της 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (Θηβών 196-198)
5. Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού και ο αντιπρόσωπος – διανομέας του, υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τεχνικής υποστήριξης κατά ISO (EN ISO 13485:2016, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes).
6. Να διαθέτει CE mark το οποίο να συνοδεύεται από την δήλωση συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με σαφή αναφορά στο προσφερόμενο μοντέλο. Η σήμανση ποιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι

τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

7. Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006).
8. Όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται με Τεχνικά φυλλάδια (prospectus και manuals) του κατασκευαστικού οίκου.

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 10/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 και θα απευθύνονται στη Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 196-198, 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1^{ος} όροφος).

Θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1^{ος} όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών που θα προκύψουν από τη διαδικασία της έρευνας αγοράς, έχει οριστεί η 11/03/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.

Ισχύς προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο της προσφοράς τους θα καταθέσουν **υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί, **με ποινή απόρριψης**.

Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα.

Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ και σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016) και δ) η τιμή είναι ανώτερη της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών, εφόσον υπάρχει αντιστοιχία.

Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα.

Η τιμή για κάθε είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών. Στην περίπτωση που το είδος δεν είναι καταχωρημένο ή δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία, η εταιρεία οφείλει στην οικονομική της προσφορά, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει τη 2^η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου .

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.

Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16).

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται **κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.**

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. **Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%**

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τη 2^η Υγειον. Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).

Επίσης ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές των οποίων η τιμή είναι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών (εφόσον υπάρχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί:

α) με το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων, ή
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει.

Ο Διοικητής

Χρ. Ροϊλός